

Plynový chromatograf s TCD/FID

Popis/Parametry

Plynový chromatograf GC 7890A (Agilent) s detektory TCD a FID. Přístroj je dvoukanálový, umožňující nástřik běžným způsobem přímo do injektoru, nebo (pro analýzu plynů) nástřikem přes plynovou smyčku. Dále je přístroj vybaven autosamplermem pro sériové analýzy kapalných vzorků a ventilovým systémem umožňujícím on-line analýzy plynů (např. výstupu z reaktoru).

Využití/Služby

- On-line analýza plynů během katalytických testů.
- Analýza plynných vzorků.
- Analýzy běžných laboratorních vzorků kapalných i plynných, a to i v akreditovaném režimu.
- Analýzy plynných směsí včetně stanovení permanentních plynů.

